마취과학 영역에서 전자계산기(Computer)의 응용

연세대학교 의과대학 마취과학교실

김 원 옥

= Abstract =

Application of Computers in Anesthesiology

Won Oak Kim, M.D.

Department of Anesthesiology, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea

중요 단어들 : 전자계산기, 감시장치, 마취기, 자료, 통계, 모의실험, 중환자실, 전문가 시스템, 통신망, 정보시스템, 전산시스템

Key Words: Computers, Monitoring, Anesthesia machine, Data, Statistics, Simulation, Intensive care unit, Expert system, Network, Information system, Computer system

서 론

최근의 전산기(전자계산기)사용은 초창기의 실험실 수준을 벗어나 첨단과학분야는 물론이고 일반응용분야, 회사수준 그리고 심지어 개개인의 가정까지 점차 그 응용과 사용범위가 확대되어 가고 있다. 이로 인하여 전산기를 통한 막대한 양의 정보를 축적하거나 가공하여 새로운 정보가 창출되면서 다니엘 벨이 말하는 정보화시대에 돌입하여 가고 있다고 할 수 있다.

의학 분야에서도 전산기이 응용은 비교적 빠른 시기에 적용되기 시작하여 많은 업적이 누적되고 있다¹⁾. 특히 마취과학 관련분야에서는 일찌기 이러한 전산기를 이용하는 선구적인 시도들이 있었다. 1960년대의 Kelman²⁾, Bleich³⁾에 의하여 산소분압에서 산소포화도로 전환하는 프로그램과 산-염기 불균형을 전산기로 평가하는 방법의 발표가 대표적인 예라고 할 수 있다. 근래에는 전산기의 급진적인 발달로 전산처리 속도에 비례하여 가격은 낮아지고 있으므로 그 응용은 더욱 가속화되어 가고 있

는 실정이다⁴⁾. 따라서 전산기의 기술적 발달의 응용과 더불어 창출되는 정보를 마취과학 관련분야에서 어떻게 적용되어 접목되고 있는지를 개괄적으로 살펴보고 전산기에 관심이 있는 마취의학도에게 일반적인 정보를 제공하고, 각대학병원 혹은 독립병원의 과 단위에서 전산시스템을 어떻게 구성하여 사용할 수 있는지를 구체적인 사례로 설명해 보고자 한다. 가능하면 전산용어의 사용을 배제하고 개념적으로 포괄하여 이해를 돕고자 하였으므로 구체적인 상세한 내용은 필요한 참고문헌에서 얻을 수 있을 것으로 생각한다.

감시장치와 마취기에의 응용

마취과학 관련분야에서 양질의 환자관리를 위하여 생리적인 변수들의 상태를 정확히 알고 적절한 조치를 취하고자 하면 감시기능의 역할은 필수불가결한 요소가 되어 있다. 초창기의 마취시절에는 단지 맥박만을 측정하였으나 현대마취에 있어서는 진보된 전자기술의 도입으로 환자의 다양한 생리적 정보를 얻을 수 있게 되었다.

대부분 현재 감시기술은 oscilloscope과 그 기록 혹은 oscillograph에 근거하여 환자의 안전을 확인하거나 상태의 경과를 판단하고 있다⁴⁾. 구체적으로 심전도, 뇌파 검사 장치, 침습적 혈압 장치 등을 말한다. 대부분의 이러한 장치들은 파형(analog)자료를 수치적인 자료로 변환이 가능하여 양적인 측정이 가능하게 되어 있다. 때때로 장치에 따라 마이크로 프로세서라고 하는 중앙처리 장치에 해당하는 부분을 1~2개의 LSI (large scale integration)칩에 내장하고 있기도 한다. 따라서 보통의 전산기와 같은 동작원리를 가지고 있지만 프로그램이 가능한 소자를 가지고 프로그램의 변화에 따라 여러가지 기능을 변환할 수 있는 융통성을 가지고 있게 된다^{5,6)}. 그리고 실시간 시계 (real time clock), analogue-to-digital 전환기, 기억(예, PROM: Programmed Read-Only Memory)이 혼합되어 다양한 기능을 발휘하게 된다. 즉 약간의 지적인 기능으로 보다 정밀한 조정(calibration)과 baseline check 및 원자료(raw data)의 처리를 용이하게 하거나 또는 동일한 조건에서 반복적인 일을 손쉽게 처리할 수 있게 되어 있다. 그 대표적인 응용사례가 centrifuges, gas chromatograph, 혈압측정 기록기, spectrophotometer, 동맥혈 기체분석기 등이다¹⁾.

감시장치는 점차 보다 자동화 및 비침습적인 방향으로 나아가고⁷⁾, 또한 전자측정 장치의 추가로 많은 정보가 쏟아져 나오고 있으므로 감시장치의 전산화⁸⁾는 가속되어 갈 수 밖에 없다고 할 수 있다. 자료의 처리, 조절, 보관을 통제하고, 장치와 장치, 환자와 장치, 의료진과 장치들 사이(interface)등에 조화로운 조절과 편리성이 더욱 요구되고 있다(그림 1). 그리고 현재의 감시기

그림 1. 환자감시 장치와 전산기(참고문헌 4에서 따옴).

술에서 부족한 기능으로는 환자의 상태가 어떠한 과정으로 진행될 것인가를 예측하는 것인데, 이를 위하여 환자 관리 체계의 확립, 전산기를 통한 생리적 자료의 축적과 전산화, 통계적 예측이론의 정립 등의 새로운 기술의 개발과 도입이 선행 되어야 할 것이다⁴⁾.

오늘날 사용되고 있는 전통적 마취기는 단순하면서도 믿음성이 있다. 그래서 마취기의 기본적인 형태는 1914년 이후에 별다른 변화없이 유지되어 오고 있다. 그러나 의학 및 생리지식의 진보는 보다 정밀하고 새로운 개념의 마취기의 출현을 요구하고 있다. 그것은 마취가 비행에 흔히 비유되듯이 비행사인 마취과 의사가 진보되고 새로운 비행기를 필요로 하는 것과 같다고 할 수 있다. 이러한 요구에 부응할 수 있는 새로운 기술로는 유체학(fluidics: fluid와 logic을 합한 말)과 전자학(micro-electronics)인데, 문제는 전자적인 마이크로 프로세서와 유체학의 요소들과의 적절한 조절과 결합에 있다고 할 수 있다^{4,9)}. 그러므로 미래형의 마취기(그림 2)는 현재 여러 방향으로 개발중에 있으며, 궁극적인 완성은 아직 이루어지지 않고 있다. 현재 미래형 마취기로 개발중에 있는 원형(prototype)을 몇가지 소개하면, ① Alabama (1980) 시스템은 그림 3에서 보는 바와 같이

그림 2. 미래형 마취기의 개략도(참고문헌 8에서 따옴).

그림 3. 폐쇄회로 마취를 위한 Alabama 시스템 (참고문헌 8에서 따옴).

전산기를 이용한 자동조절 기술에 의한 폐쇄회로 마취 (closed-circuit anesthesia) 시스템을 개발하고 있다.

② Arizona (1975) 시스템은 전체마취기 자체를 새로운 형태 (그림 4)로 바꾸고자 하며, modularity와 인간적인 요소를 중요시 한다고 한다. ③ 가장 먼저 착수된 미래형 마취기인 Boston 시스템은 마이크로 프로세서에 중점을 두어 기능과 운용은 연구결과로 나타난 인간의 실수의 방지에 기초하고 있다고 한다 (그림 5). ④ Utah 시스템은 전산기에 중점을 두어 feedback control에 의한 환자상태의 조절을 한다고 한다 (그림 6) ⑤.

감시장치 기능의 개선과 이에 따른 미래지향적인 마취기의 개발로 사용하기 쉬우면서 안전한 마취를 할 수 있는 마취시스템의 구축을 위하여 전산기 혹은 마이크로 프로세서는 중요한 일익을 담당할 것이며, 앞으로 더욱 더 많이 활용될 전망이라고 할 수 있겠다.

자료축적(마취기록)과 통계처리

마취기록의 집계와 분석은 기록지 자체의 자동화와 더불어 전산처리를 위한 많은 시도가 있었다⁹⁻¹⁴⁾. 전산화를 통한 기록과 자료의 축적은 위험도에 따른 분류, 부작용, 마취약제의 사용정도, 마취시간, 과별 수술전수, 전신마취와 부위마취의 비교 등 다양한 정보를 얻을 수 있을뿐 아니라 미래의 계획수립을 위한 중요한 단서들을 얻을 수 있다. 또한 방대한 양의 마취기록을 집계 및 분석시에 인력의 효율적 이용, 부정확한 자료의 입력방지, 시간절약, 연구를 위한 재조사, 자료의 축적 등을 위하여 전산화가 필요한 부분이다^{15-20,42)}.

마취기록지의 자동화는 환자에서 발생하는 여러가지 활력증상들을 시간의 경과에 따라 자동적으로 표나 그

그림 4. Arizona 시스템 개략도(참고문헌 8에서 따옴).

림으로 기록하게 되어 있으며, 또한 수동적으로 자동마취 기록지에 임의적으로 기록도 할 수 있도록 고안되어 있다. 따라서 종래의 기록지와 같이 모든 시간별 기록을 정확하게 자동적으로 할 수 있으며, 의사의 기록에 대한 부담을 감소시켜 주면서⁴⁶⁻⁴⁹⁾ 여러가지 정보를 누적적으로 다시 볼 수도 있어 의사는 환자에게 좀 더 시간을 할애할 수 있어 집중도가 높아질 수 있는 장점이 있다고 할 수 있다. 물론 이러한 기록들은 집계와 분석을 위하여 전산기에 저장될 수도 있어 보관이 용이해지면서 다음에

검토나 연구자료로도 쓰일 수 있게 된다.

마취분야에서 마취기록의 집계와 분석외에도 여러가지 실험자료를 분석하기 위해서는 통계처리가 있게 된다⁵⁰⁻⁵²⁾. 흔히 많이 사용되는 package로는 호환성이 있게 프로그램이 개발되어 있으면서 내장 편집기가 있어서 편리하게 자료를 통계처리하여 분석할 수 있어 그 결과를 해석해 볼 수 있다.

그림 5. Boston 시스템의 개략도(참고문헌 8에서 따옴).

그림 6. Feedback control에 중점을 둔 Utah 시스템의 개략도(참고문헌 8에서 따옴).

모의실험(simulation)과 약물투여

모의실험이란 현실 세계에서 실제로 일어나는 일을 그대로 흉내내는 것을 말한다. 흉내를 내어 봄으로써 현실 문제를 더 잘 이해하고 여러가지 대안(alternatives)의 결과를 예측할 수 있게 되는 것이다. 모의실험을 하기 위해서는 현실의 실존물의 주요 특성을 포함하는 모형(model)을 만들어야 한다. 모형에는 물리적 모형(실물

크기의 축소, 확대)과 수리적 모형(부호나 수식)으로 구분할 수 있다^{21,22}. 모의실험의 의학적 적용은 생체의 기관 혹은 전체를 수리적인 모형의 개발이 점차 구체화되고 보다 정확해짐에 따라 가능하게 되었다. 대표적인 것이 compartment model²³, physiologic model 등²³을 들 수 있다. 이러한 모형의 개발로 마취과학 분야에서는 약물동태학(pharmacokinetics)과 역학(pharmacodynamics)의 연구가 활발하게 이루어지고 있다.

Sheiner²⁴, Stanski²⁵ 등은 d-tubocurarine의 약물동태와 역학(Hill equation)을 결합하여 인체에서 이 약물의 대사와 효과를 수학적으로 이해할 수 있는 전형적인 모형을 제시하였다. 그외에도 수 많은 약물에 대한 모형이 발표되고 있으며²⁶, 개개의 환자 혹은 특정상태의 환자들에서 시간의 경과에 따른 혈중 약물농도의 예측이 가능하게 되었다²⁷. 이에 따라 가상적인 상황에서의 반응을 모의실험으로 분석도 할 수 있으며, 또한 임상적으로 원하는 목표 약물농도를 폐쇄회로(closed-loop) feedback 미커니즘으로 약물투여를 조절(servo administration)할 수 있게 되는 것이다^{28,29,54-59}.

그밖에 모의실험은 인체 혹은 동물실험을 대체하여 실험할 수 있으며, 새로운 약물의 합성, 대체 약물의 개

발, 가장적인 환자와 기계를 대상으로 마취교육³⁰⁾, 훈련 등에서 정적 혹은 동적으로 사용될 수 있어 실행불가능한 경우, 위험부담이 많거나 비용이 많이 소요되는 경우, 복잡한 관계로 현실적인 처리가 곤란한 경우 등에서 대안을 찾거나 대상의 이해와 사용의 숙달, 예측에 적용되고 있다. 이런 모든 모의실험과정은 전산기의 이용없이는 불가능하다고 할 수 있다.

중환자실의 전산화

중환자실은 수술실과 더불어 병원내에서 집중적인 인력과 장비의 집합이 필요한 곳으로 중환자의 치료와 관리에 있어서 보다 정밀하고 신속하며 정확한 판단이 요구된다고 할 수 있다. 따라서 중환자실을 전산화함으로써 자료수집을 용이하게 할 수 있고, 계산이 필요할때 그 능력을 극대화할 수 있으며, 자료를 집합하거나 정리하기 쉽고, 기록의 보관이 용이하고, 보고서작성을 쉽게 할 수 있으며, 의료적인 판단을 도와줄 수도 있는 장점 등을 갖추게 된다³⁰⁻³²⁾.

시스템구성은 독자적인 전산기들로 하거나 중앙집중식으로 하나의 중앙처리 장치에 다수의 단말기로 구성하거나, 근거리통신망(local area network, LAN)으로 몇 대의 전산기를 연결하는 방식을 취할 수 있다(그림 7.)³³⁾. 지금까지 일반적으로 중환자실에서 적용되는 범위를 보면 첫째 자료수집, 기록, 저장 및 분석, 둘째 약물용량, total parenteral nutrition (TPN), 산출되는

심폐지표, APPACHE 점수, 수액균형 등의 계산, 세계 중환자실의 행정, 예산처리, 다섯째 교육 등이라고 할 수 있다³²⁾.

먼저 자료수집을 살펴보면 환자에게서 발생하는 여러 가지 생리적인 신호(예, 심박수, 심전도, 호흡수 등)를 환자감시 장치에서 감지하여 RS-232 serial port로 전산기와 감시기간에 줄로 연결되는 on-line 자료 입력이 있을 수 있고^{33,34)}, 자판 (keyboard), mouse, light pen, bit pad, bar code reader, 음성인식 등에 의해 off-line으로 입력하는 방법이 있을 수 있다. 이러한 방법으로 혈압, 심박수, 심전도, 호흡기능 변수들(compliance, resistance 등), 신경학적 기능(예, 뇌파), 이화학적 검사 결과자료 등을 수집하여 실시간으로 자료를 볼 수도 있고, 장시간에 걸친 경향을 파악할 수도 있으며, 그림 형태로 한눈에 알아볼 수 있게 정리할 수도 있게 되는 것이다. 보다 정형화된 형태가 전산화된 기록지(computer chart)라고 할 수 있는데, 종래의 손으로 기입하는 기록지의 단점인 한 장소에서 한사람만이 쓰고 볼 수 있거나, 읽을 수 없거나, 기록되는 순서대로 정리된거나 자료를 정리할때 일일이 찾아보아야 한다는 등의 취약점을 극복 할 수 있게 된다.

다음으로 중환자실에서 흔히 하게되는 계산을 손쉽게 할 수 있어서 환자의 체중에 따라 시간당 필요한 약물용량, 농도 그리고 TPN의 적절한 regimen, 정확한 수액균형, 산출되는 심폐지표(예, LVSWI, intrapulmonary shunt, 총산소소모량 등)등을 소프트웨어로 신속정확하

그림 7. 중환자실의 근거리 통신망 구성도(참고문헌 33에서 따옴).

표 1. 환자자료 관리시스템에서 충족되어야 할 조건들
(참고문헌 33에서 따옴).

Physicians	
—	organize information for quick review
—	provide accurate, reliable, timely data for decision making
—	assist in clinical research
—	alert the clinical staff to potential patient problems
Nurses	
—	reduce the transcription burden
—	gather information automatically from instruments
—	perform calculations of derived values and medication dosages
—	improve the care planning process
—	provide more time for direct patient care
Nursing Administrators	
—	maintain the quality of care with reduced staffing
—	improve the care planning process
—	provide tools for quality assurance and staffing
—	reduce nursing job stress and turnover
—	analyse nursing costs.
Information Systems Managers	
—	fit into long-term strategy for computerization
—	provide a reliable, supportable computer platform
—	satisfy changing and expanding user needs
—	extend functionality and system capacity at reasonable cost
—	fill the ever-increasing need for information for hospital management
Hospital Administrators	
—	maintain the quality of care with reduced staffing
—	improve physician and nursing staff job satisfaction
—	improve quality assurance and risk management
—	fit into the long-term strategy for computerization
—	provide a prudent return on investment
—	improve the marketing of the hospital to physicians and patients.

게 처리할 수 있게 되며, APACHE 점수를 기본적으로 계산이 가능해진다. 따라서 의료진은 자료의 수집과 계산의 점에서 벗어나 환자진료에 전력할 수 있게 되는 잇점을 기대할 수 있다.

위와 같은 일을 종합적이고 집약적으로 할 수 있는 것이 환자자료관리 시스템이라고 하는데 표 1.에서 보는 바와 같은 요구를 충족시킬 수 있어야 한다³³⁾. 상업적으로 이용 가능한 것으로 Epic, On Guard 3.0, GISI, MedComp,

Emtek System 200, PDMS, Argus, PC Chartmaster, Patient Data Network 등이 있다 (상세한 비교는 참고 문헌 참조)³⁵⁾.

그밖에 개방순환조절 시스템(open-loop control system)을 통하여 치료의사 결정과정을 도와줄 수 있고(예, HELP)³⁰⁾, 폐쇄순환조절 시스템(closed-loop control system)을 통하여 환자의 생리적인 변수들(예, 혈압)을 감지하여 목표혈압(target blood pressure)에 도달하도록 혈압조절 약물을 투여할 수도 있다.

관점을 달리하여 좀더 미래지향적으로 중환자실의 변화를 전산기와 결합된 기계공학을 살펴보면 로봇트가 있을 수 있다. 의학에서 로봇트공학이 응용되기 시작하여 현재까지도 개발중이거나 임상적인 실험중에 있다³⁶⁾. 로봇트는 정밀한 동작을 할 수 있으므로 현미경하의 수술에 적당하다고 할 수 있다. 그 대표적인 예가 CT scan 후에 뇌종양의 위치를 정확하게 파악하여 생검을 할 수 있다는 것이다. 그의 수술분야에서 활발하게 응용이 시도되고 있다. 중환자실에서는 환자를 들어올리거나 자세를 바로하거나, 환자의 수술에 응용되고 있다(일본). 영국에서는 환자를 욕실, 또는 화장실로 환자를 옮기거나 X-ray trolley로 작용하여 환자가 적절한 체위가 되도록 하는 로봇트를 개발중이라고 한다. 로봇트는 간호사보다 더 정밀하고 섬세하게 특정부위나 상처를 피하여 환자를 다룰 수 있다고 한다. 그의 운반, 청소, 유리 닦기, 배달 등의 기능을 가진 로봇트가 시도되고 있다고 한다(미국). 그러나 아직까지 기술적인 진전의 부족과 환자들의 심리적인 저항감 등으로 보편화 되기에는 이르지만 멀지않은 장래에 병원내에서 특히 중환자실 등에서 로봇트를 쉽게 만날 수 있을 것으로 예상된다고 한다.

결론적으로 장차 중환자실에서는 전산기의 도움으로 보다 많은 자료를 쉽게 얻을 수 있으며, 장거리에서 쉽게 환자의 자료를 평가할 수 있게 되며 자료교환이 원활하게 이루어져 장거리에서도 전문가의 자문을 구할 수 있게 되며, 의료비 산정이 효과적으로 이루어지고 또한 로봇트의 등장과 더불어 간호인력의 부담을 덜어 주게 되며, 의료진의 의사결정 과정을 효과적으로 도와주게 될 것으로 보인다.

전문가 시스템(expert system)

전문가 시스템은 인공지능(artificial intelligence)분

그림 8. 의사결정 구조망(참고문헌 40에서 따옴).

야중의 하나로 사실과 명제와 그것들간의 관계를 이해하고 추론하는 능력을 가지면서 특정분야의 전문가를 흉내내어 전문가의 판단을 도와주거나 대신할 수 있는 프로그램을 말한다. 모든 전문가 시스템은 지식베이스(knowledge base)와 추론기 관(inference engine)의 두 부분을 갖는다. 전문가 시스템을 만드는 언어로는 LISP(LIST Processing)와 PROLOG (PROgramming in LOGic)가 많이 이용되고 있다. 특히 PROLOG는 1970년대 초 Alain Colmerauer에 개발된 제 5세대 전산언어로 일본의 제 5세대 전산기 설계의 시스템언어로 채택됨으로 각광을 받고 있다. 그러나 인공지능을 위한 언어는 질차적인 기능의 부족으로 C를 많이 사용하기도 한다고 한다^{37,38)}.

전문가 시스템의 장점은 지치지 않으므로 어느때나 이용가능하고 축적된 지식은 쉽게 복사저장 될 수 있기 때문에 전문지식의 영구적인 손실은 거의 없으며, 항상 일정한 성능을 나타내므로 일치성이 있고, 짧은 시간내에 전문가를 만들어 낼 수 있다. 그러나 대상에 따라 개성

이 없다는 것이 단점이 될 수도 있다.

역사적으로 인공지능은 1960년대경 MIT의 John McCarthy에 의해 최초의 인공지능 언어인 LISP가 만들어졌을 때로 보고있다. 1964년 Joseph Weizenbaum이 쓴 ELIZA^{31,39)}는 정신과 의사처럼 행동하는 프로그램이었고, 1970년대에 유명한 MYCIN이 최초로 성공한 전문가 시스템이라고 할 수 있다. 이 프로그램은 의사가 어떤 세균질환을 진단하는 것을 돕기 위하여 설계하였다. 현재 의학분야 외에도 전문가 시스템이 많이 쓰이고 있지만 의학분야 전문가 시스템(Artificial Intelligence in Medicine, AIM)으로는 EXPERT(안과와 내분비 전문가 시스템), PIP(신장병 전문가 시스템), CARDIAG, INTERNIST-1 CADUSEUS(내과 전문가 시스템), ONCONCIN(암환자관리 전문가 시스템), ELIZA(정신치료 전문가 시스템), VM(호흡기관리 전문가 시스템), Digitalis Advisor등이 있다. 마취과학 관련 분야에서 개발된 전문가 시스템에는 Miller 등의 ATTENDING series(LISP 사용)가 대표적으

그림 9. 흡입마취제를 탐색하는 과정(참고문헌 40에서 따옴).

로, 마취관리, 고혈압의 약물관리, 호흡기 관리, 갈색세포종에 대한 진단 및 치료관리에 대한 것이다³¹⁾. 마취관리에 대한 ATTENDING⁴⁰⁾을 살펴보면, 환자의 의학적 문제점, 시행하고자 하는 수술, 선택하고자 하는 마취제와 마취방법(전처치, 마취유도, 기관내삽관, 전신마취, 부위마취)을 입력한다. 그러면 ATTENDING은 여러가지 상대적인 위험도 및 선택하는 방법의 좋은점에 근거하여 입력된 자료를 비판하여 그 결과를 보여준다. 이러한 결과에는 입력된 방법외에도 다른 방법을 탐색하여 제공하기도 하고, 그 위험도와 장점을 평가하여 준다. 입력된 방법(제안된 방법)에서 출발하여 위험도(낮음, 중간, 높음, 매우 높음)를 평가하여 위험도가 낮은 방법을 그림 8에서 보는 바와 같이 탐색하여 제시하는 의사결정 구조망(augmented decision network, ADNs)을 가지고 있다. 예를 들면 신부전 환자에서 그림 9에서 보는 바와 같은 흡입마취제 의사결정에서 enflurane이 위험도가 높다면 다른 흡입마취제를 탐색하여 halothane을 찾게 된다. 만약 halothane마저 위험도가 높다면 다시 다른 방법으로 의사결정 구조망을 탐색하여 부위마취 방법을 찾아서 보여줄 수도 있게 되는 것이다. 일반적인 의료전문가 시스템과 마찬가지로 ATTENDING도 매우 적절하게 사용될 수 있음에도 불구하고 현재 자료축적의 제한성과 좀더 많은 임상실험이 요구되어 임상적으로 보편화 되지는 못하고 아직까지 교육수준에 머무르고 있다.

통신을 이용한 정보 시스템

최근의 전자공학의 발달에 이은 전산기의 개발은 의학에 관련된 많은 정보의 창출을 가져오게 되었고 또한 통신을 통하여 손쉽게 이를 확산할 수 있게 되었다. 이용대상자도 의료인과 의료기관에서 점차 일반인에까지 그 범위가 넓어져 가고 있는 추세이다. 그 내용에 있어서는 의학논문 정보, 장기이식 정보, 질병 정보, 의약품 정보, 증상 응답 정보 등이 있을 수 있는데 이용대상자의 수요에 따라 여러가지 형태로 가공될 수 있을 것이다. 따라서 여기서는 마취과학 분야에서 관심이 될 수 있는 것으로 제한하여 적어보면 먼저위성통신을 통하여 국제적으로 학술자료의 교환이 가능한 Bitnet(학술자료 전산망)를 들 수 있다. 현재 국내 대학간에 대형 전산망이 형성되고 있어 대학간에도 자료교환이 가능해질 것이며, 이 대형 전산망과 연결된 곳은 Bitnet에 접속이 가능하며, 또한 국외의 다른 통신망(예, Arpanet)들과도 접속이 이루어 질 수도 있어 연구자간에 정보와 자료의 교환이 이루어질 수 있다. Dialog(데이터통신)로는 의학의 잡지를 검색하고 초록을 얻을 수 있다. 국내에서는 데이터통신(DACOM, 천리안 II)으로 공중통신(일반전화선)을 통하여 연결하면 국내 석박사 논문 및 정기간행물을 데이터 베이스로 활용하여 필요한 정보를 얻을 수 있다⁴¹⁾. 또한 데이터통신(PC-Serve)과 Ketel(한국경제신문)을 통하여 개인끼리 정보교환도 가능하다. 만약 학회에서 이러한 통신망을 이용하여 각 대학이나 단위 병원과 연결된다면 국내 마취전산망이 쉽게 구축되는 셈이 된다고 할 수 있다. 그러면 전자계시판을 통해 일반적이 내용을 서로 알릴 수도 있고, 전자우편으로 정보교환이 가능해 질수도 있으며, 학회에서 학술자료(예, 마취과학회지 색인 등), 데이터 베이스 등을 수집, 배포도 할 수 있으며 국내 전체적인 통계자료도 쉽게 얻을 수 있어 자료은행을 만들기도 할 수 있는 등의 여러가지 재미있는 계획(project)이 가능해지리라 보여진다.

전산 시스템의 구성

다음은 각 대학교실 혹은 독립병원 단위에서 시스템을 구축(만들고자)할때 참고가 되도록 연세대학교 의과대학 마취과학교실의 전산 시스템을 설명하고자 한다(그

그림 10. 연세대학교 의과대학 마취과학교실 전산시스템 구성도(1990/10 현재, 일부는 예정).

림 10).

1) 하드웨어의 구성

(가) 주전산기 : IBM 호환 386-25 (MS-DOS 사용, UNIX도 사용가능), 주기억장치 2 M (megabyte), 80 M (하드디스크), 5.25인치, 3.5인치 드라이브, 레이저 프린터, 도트프린트, 통신 (내외장 모뎀)

(나) 각 교수방 : AT 3대, XT 2대 (도트프린트 2대), Macintosh SE (레이저, 도트프린터),

(c) FAX

2) 소프트웨어

(가) 각종 통계 package (SPSS PC 3.0, Minitab, SAS 등) 및 대형 BMDP, SPSS, SAS 이용가능

(나) 약물동태학 소프트웨어 : Mapleson의 physiologic model (Fortran), 그외 계산용^{43,44)}, population

pharmacokinetic 프로그램 (대형용)

(c) simulation : Bennet 7200 a 호흡기 교육용 프로그램

(리) 통신 : 국내-데이터 통신 (PC-Serve, user ID: vecuro), Ketel (user ID: qqxhmi), BBS 국외-Bitnet를 위한 emulator

(리) 마취과학회지 정리용 소프트웨어 등

본 교실의 주전산기는 IBM AT급 386-25로써 32 bit로 자료처리를 하며, 내장모뎀으로 데이터통신의 PC-Serve를 통하여 현재 원주기독병원 (나머지 산하병원과는 아직 연결하지 못하였음)과 전자편지 (electronic mail)를 교환하거나, ketel을 통하여 일반정보를 얻고 있다. 또한 외장모뎀으로 연세대학교 주전산기를 통하여 YS-NET (연세대학 근거리 광통신망)와 연결될 수 있고, 또한 Bitnet (학술교류 통신망)을 통하여 국외의 각통신망 (예, Arpanet 등)과도 연결이 가능하여 학술

자료 교환이 가능하다.

각 교수방에 소재해 있는 개인용 전산기는 프린트 케이블을 자동전환 자료교환기를 통하여 레이저프린터를 공유할 수 있으며, 레이저와 도트는 다시 자료전환 장치에 의해 둘중 하나를 선택하여 사용할 수 있는데, 많은 결과(output)가 생기는 통계처리시에는 주로 도트프린터가 유용하다고 할 수 있다. 마킨토시 전산기는 IBM 호환 전산기와 자료교환이 가능하지만 현재는 연결하지 않고 독자적으로 운용되고 있다.

이상에서 현재(1990/10)운용되고 있는 하드웨어 구성을 살펴 보았듯이 주전산기를 중심으로 각교수들의 개인 소유 전산기를 적절하게 활용하여 시스템을 만들고 있다. 따라서 성능이 좋은 레이저프린터를 공유함으로써 프린터를 모두 쉽게 이용할 수 있고, 평소에는 각자의 전산기를 이용하다가 통신이나 빠른 자료처리가 필요한 경우에는 주전산기를 이용함으로써 경비절감 효과를 가져올 수 있다. 통신은 전화회선제로 상당한 경비가 소요되므로 각 대학병원 내지는 독립병원에서 독자적으로 데이터통신, ketel에 가입하여 정보를 전자편지 형식으로 교환하면 시의요금을 물지 않고 정보교환을 할 수 있다. 교내에서는 대형 주전산기를 통하여 근거리 통신망을 이용하여 전산화된 도서관의 자료를 이용할 수 있고, 또한 국외의 통신망과도 연결할 수 있다. 그러나 대형 주전산기가 없거나, Bitnet과 연결되어 있지 않으면 이것은 불가능하다.

글쓴이는 주전산기를 중심으로 단말기를 형성하는 근거리 통신망 형태보다는 주전산기와 각교수방 전산기를 따로 운용하고, 다만 프린터만을 공유하는 형태가 경비절감면에서 효과적이라고 생각한다. 그러나 근거리 통신망 형태는 초기투자가 많은 반면 그에 상응하는 효과도 기대할 수 있으므로 고려해 볼 수도 있을 것이다.

부속병원이 많은 대학병원의 경우에는 각 곳에 산재해 있는 병원들간에 공중전화 통신망을 데이터통신, ketel을 통하여 통신망을 구성하는 것이 손쉬운 방법의 하나가 될 수 있다. 또한 개입의와도 정보교환이 가능할 것이며, 점차 범위가 확대되면 국내전체 마취과의사간에 정보교환이 쉽게 이루어질 수 있는 통신망도 생각해볼 수 있을 것이다. 즉 각대학병원을 중심으로 그 대학을 축으로 통신망을 구성하고, 또 각대학간에 통신망을 연결하면 마취과 의사들 사이에 원활한 의사소통이 이루어지면서 정보의 축적은 물론 많은 부가가치를 얻을 수 있

으리라 믿어진다.

맺 는 말

글쓴이는 마취과학 분야에서 전산을 응용하여 쓰이고 있는 분야를 되도록이면 두루 전반에 걸쳐 개략적으로 적어 보았다. 그러나 유용하게 쓰이면서 점차 증가하고 있는 전산기를 이용한 교육분야는 언급하지 않았는데, 모의실험 또는 전산기의 도움에 의한 학습 등이 좋은 프로그램의 개발로 확대보급될 전망이다.

많은 사람들은 여러가지 마취적인 문제를 경험과 숙련으로 해결할 수 있고, 대부분의 환자들은 건강하게 다양한 변화를 견디어 낼 수 있으므로 전산기가 필요 없다고 말하기도 한다. 그러나 마취과학은 하나의 기술(art)로써 계량적이라고 할 수 있다. 그리고 과학은 객관적인 자료에 근거하여 판단을 내리게 되므로 전산기는 마취과학에 있어서 매우 유용한 수단이 될 수 밖에 없다고 할 수 있다. 물론 전산기 자체에도 제한성은 있다. 흔히 하는 말로 전산기는 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다(garbage in, garbage out, GIGO)라는 말이 있듯이 사용하기 나름이라고 할 수 있다.

바라건대 마취과학 분야에서 전산기에 대한 인식이 높아져서 그 기능과 역할을 잘 이해하여 연구자들의 좋은 반려자인 동시에 수단으로 활용하여 훌륭한 연구성과가 있기를 바라는 마음이다.

*본 교실의 전산 시스템구성에 정책적 배려를 해주신 조정현, 김종래 선생님께 감사를 드리고자 한다.

참 고 문 헌

- 1) Hill DW: *Physics applied to anaesthesia*. 4th ed, London, Butterworth, 1980, p32
- 2) Kelman GR: *Digital computer sub-routine for the conversion of oxygen tension into saturation*. *J Appl Physiol* 21:1375, 1966
- 3) Bleich HL: *Computer evaluation of acid-base disorders*, *J Clin Invest* 48:1689, 1969
- 4) Uhl RR: *Monitoring: Present concepts and future directions*. In *advanceds in anesthesia vol. 1* edited by Gallagher TJ, Chicago, Year Book Medical Publishers, Inc, 1984, p133
- 5) Glaser DH, Thomas LJ, Jr: *Computer monitoring in*

- patient care. Annu Rev Biophys Bioeng* 4:449, 1975
- 6) 조정완, 맹승렬 : 컴퓨터구조 (II). 한국방송통신대학, 1989, p101
- 7) Yoshiya I, Tashiro C: *New trends in monitoring in the ICU. Int Care World* 6:61, 1989
- 8) Brown BR, Calkins JM, Saunders RJ: *Contemporary anesthesia practice. 1st ed, Philadelphia, FD Davis Co, 1984, p7, 177*
- 9) 김원옥, 엄대자, 최령 등 : 마취기록지의 자동화에 대한 시도. 대한마취과학회지 19:317, 1986
- 10) Naqvi NH: *Computer-based automatic anaesthetic records. Br J Anaesth* 55:916, 1983
- 11) Rosen AS, Rosenzweig W: *Computerized anesthesia record. Anesthesiology* 62:100, 1985
- 12) Whitesel R, Jablonski J, Burgos L: *Microprocessor automation of anesthesia records. Anesthesiology* 51: s33, 1979
- 13) Madsen S, Kenny GNC, Campbell D: *A simple record system for the Apple II microcomputer. Br J Anaesth* 55:910, 1983
- 14) Prentice JW, Kenny GNC: *Microcomputer-based anaesthetic record system. Br J Anaesth* 56:1433, 1984
- 15) 심재선, 김원옥, 조정현 : 매월 (년) 별 마취기록의 집계와 분석을 위한 전산화 시도. 대한마취과학회지 22: 664, 1989
- 16) Galle SJ, Buccigrossi R: *A computer programs for analysis of anesthetic records. Anesthesiology* 30: 565, 1969
- 17) Rosen AS: *Computerized anesthesia record. Anesthesiology* 62:100, 1985
- 18) Chase CR, Merz BA: *Computer assisted patient evaluation (CAPE): a multi-purpose computer system for an anesthesia service. Anesth Analg* 62:198, 1983
- 19) Bashein G, Barna R: *A comprehensive computer system for anesthetic record retrieval. Anesth Analg* 64:425, 1985
- 20) Strauss PL, Turndorf H: *A computerized anesthesia database. Anesth Analg* 68:340, 1989
- 21) 김재련 : 컴퓨터 시뮬레이션. 박영사, 1987
- 22) 허문렬, 이동한, 장옥배 : 시뮬레이션. 한국방송통신대학, 1990
- 23) Mapleson WW: *Circulation-time models of uptake of inhaled anaesthetics and data for quantifying them. Br J Anaesth* 45:319, 1979
- 24) Sheiner LB, Stanski DR, Vozeh S, et al: *simtaneous modeling of pharmacokinetics and pharmacodynamics: application to d-tubocurarine. Clin Pharmacol Ther* 25:358, 1979
- 25) Stanski DR, Ham J, Miller RD, et al: *Pharmacokinetics and pharmacodynamics of d-tubocurarine during nitrous oxide-narcotic and halothane anesthesia in man. Anesthesiology* 51:235, 1979
- 26) Hull CJ, van Beem HBH, McLeod K, et al: *A pharmacodynamic model for pancuronium. Br J Anaesth* 50:1113, 1978
- 27) Sheiner LB, Beal S, Rosenberg B, et al: *Forecasting individual pharmacokinetics. Clin Pharmacol Ther* 26:294, 1979
- 28) Sear JW: *Pharmacokinetics and pharmacodynamics aspects of continuous infusion anaesthesia-concepts of minimum infusion rate as index of equipotence for intravenous agents. Clinics in Anaesth* 2:223, 1984
- 29) Boysen PG, Robinson JD: *Computer simulated theophylline kinetics. Anesthesiology* s351, 1980
- 30) Gardner RM, Sillig DF, Budd MC: *Computers in the intensive care unit: Match or mismatch? In 2nd ed, Text book of critical care edited by Shoemaker, Ayres, Holbrook, Thompson, Philadelphia, WB Saunders, 1989, p248*
- 31) Augenstein JS, Peterson EA: *Computerization: problems in the input, manipulation, and storage of intensive care unit. In 2nd ed, Textbook of critical care edited by Shoemaker, Ayres, Holbrook, Thompson, Philadelphia, WB Saunders, 1989 p259*
- 32) Church JA, Kenny GNC: *Church JA, Kenny GNC: Application of microcomputers in intensive care. Int Care World* 6:190, 1989
- 33) Seover A, Comerchero H: *Clinical information management in critical care. Int Care World* 6:195, 1989
- 34) Sramek BB: *The impact on diagnosis and therapy of computerized integration, processing and display of noninvasive hemodynamic and cardiovascular parameters. Int Care World* 6:205, 1989
- 35) Patient Data Management Systems Comparison Study. *Int Care World* 6:1989 p216
- 36) Finlay PA: *Medical robots in intensive care. Int Care World* 7:30, 1990
- 37) 조동섭 : Prolog 입문. 4판, 영진출판사, 1990
- 38) Shildt H (신경숙, 류경렬 옮김) : C 인공지능 프로그래밍. 세웅, 1990
- 39) O'Dell JW, Dickson J: *ELIZA as a therapeutic tool. J Clin Psychol* 40:942, 1984
- 40) Miller PL: *Critiquing anesthetic management: the*

- "ATTENDING" computer system. *Anesthesiology* 58:362, 1983
- 41) 데이터통신 : 83-86호, 1990
 - 42) 김원옥, 남용택, 조정현 등 : 컴퓨터를 이용한 도움울 준 지은이와 글들의 전산화. *대한마취과학회지* 18: 119, 1985
 - 43) Brown Rd, Manno JE: *ESTRIP, a basic computer program for obtaining initial polyexponential parameter estimates.* *J Pharmaceu Sci* 67:1687, 1978
 - 44) Yamaoka K, Tanigawara Y, Nakagawa T, et al: *A pharmacokinetic analysis program (ulti) for microcomputer.* *J Pharm Dyn* 4:879, 1981
 - 45) Thomsen CE, Christen KM, Rosenfalck A: *Computerized monitoring of depth of anaesthesia with isoflurane.* *Br J Anaesth* 63:36, 1989
 - 46) McDonald JS, Dzwonczyk R, Gupta B, et al: *A second time-study of the anaesthetist's intraoperative period.* *Br J Anaesth* 64:582, 1990
 - 47) McDonald JS, Dzwonczyk R: *A time and motion study of the anaesthetist's intraoperative time.* *Br J Anaesth* 61:738, 1988
 - 48) Graventein JS, Cooper JB, Orkin FK: *Work and rest cycles in anesthesia practice.* *Anesthesiology* 72:737, 1990
 - 49) Cook RI, McDonald JS, Nunziata E: *Differences between handwritten and automatic blood pressure records.* *Anesthesiology* 71:385, 1989
 - 50) Forrest JB, Rchder K, Goldsmith CH, et al: *Multicenter study of general anesthesia. I. Design and patient demography.* *Anesthesiology* 72:252, 1990
 - 51) Forrest JB, Rchder K, Goldsmith Ch, et al: *Multicenter study of general anesthesia. II. Result.* *Anesthesiology* 72:262, 1990
 - 52) Pace NL: *Prevention of succinylcholine: A meta-analysis.* *Anesth Analg* 70:477, 1990
 - 53) Hull CJ: *How far can we go with compartmental models.* *Anesthesiology* 72:399, 1990
 - 54) Dixon J, Roberts FL, Tackley RM, et al: *Study of the possible interaction between fentanyl and propofol using a computer-controlled infusion of propofol.* *Br J Anaesth* 64:142, 1990
 - 55) Harrison MJ: *Prediction of infusion rates: Computer study.* *Br J Anaesth* 64:283, 1990
 - 56) Harrison MJ: *Prediction of infusion rates: validation of a computer simulation using vecuronium.* *Br J Anaesth* 64:287, 1990
 - 57) Monk Cr, Millard RK, Hutton P, et al: *Automatic arterial pressure regulation using isoflurane: comparison with manual control.* *Br J Anaesth* 63:22, 1989
 - 58) Macleod AD, Asbury AJ, Gray WM, et al: *Automatic control of neuromuscular block with atracurium.* *Br J Anaesth* 63:31, 1989
 - 59) Ebling WF, Lee EN, Stanski Dr: *Understanding pharmacokinetics and pharmacodynamics through computer simulation: I. The comparative clinical profiles of fentanyl and alfentanil.* *Anesthesiology* 72:650, 1990
 - 60) Schwid HA, O'Donnell D: *the anesthesia simulator-recorder: A device to train and evaluate anesthesiologists' response to critical incidents.* *Anesthesiology* 72:191, 1990