좌측 이중관 기관지 튜브의 기관지 기낭 팽창량에 관한 연구

삼성의료원 마취과

양 미 경 · 조 용 상 · 김 갑 수
김 정 수 · 이 병 달 · 신 백 효

= Abstract =

A Study about the Bronchial Cuff Volume of the Left-sided Double-Lumen Endobronchial Tube

Mi Kyung Yang, M.D., Yong Sang Cho, M.D., Gaab Soo Kim, M.D., Chung Su Kim, M.D.
Byung Dal Lee, M.D. and Baekhyo Shin, M.D.

Department of Anesthesiology, Samsung Medical Center, Seoul, Korea

Background: In using the Double-lumen tube(DLT), knowing the minimum bronchial cuff volume (MCV) for an effective air-tight seal will be useful; to provide a collapse of the lung; and to avoid pressure damage. The aims of the present study are thus three-fold: to measure the MCV; to measure the diameter of left main bronchus(LMBD); and to prove any relationships between two parameters.

Methods: One hundred men and forty women who needed intubation of left-sided DLT were enrolled in this study. 37 Fr DLTs were used in male patients, and 35 Fr DLTs were used in female patients. We evaluated the MCV by air bubble method and measured the LMBD in chest PA. We also evaluated the pressure/volume characteristics of the bronchial cuffs by control inflator.

Results: 29 patients of 100 patients(29%) exhibited persistent air leakage in 2.5 ml cuff volume in male patients(group of MCV >2.5). On the contrary, 18 patients of 40 patients(45%) did not require any cuff volume in female patients(group of MCV 0). The mean LMBD were 13.23 ± 1.45 mm in male and 11.09 ± 0.96 mm in female. There were significant positive correlations between MCV and LMBD in both sex and their respective correlation coefficients were 0.264(P=0.008) in male and 0.484(P=0.002) in female. The equations of linear regression were: $LMBD = 12.394 + 0.429 \times MCV$ in male, $LMBD = 10.725 + 0.438 \times MCV$ in female.

Conclusions: The MCV of the brochial cuffs in left-sided DLTs has significant relationships with the LMBD measured in chest PA. (Korean J Anesthesiol 1997; 33: 849~857)

Key Words: Equipment, tubes; double-lumen endobronchial tube; bronchial cuff volume. Lung; bronchus; diameter.

서 론

이중관 기관지 튜브를 이용하여 양측 폐를 분리하여 환기시키는 목적으로는 반대편 폐의 오염된 분비물이나 혈액이 건강한 폐로 넘어가는 것을 방지하는 것과 수술하는 측의 폐를 허탈시켜 수술 시야를 넓게 확보하고 수술이 용이하도록 하는 두 가지를 크게 들 수 있다. 상기 두 목적을 확실하게 이루기 위해서는 이중관 기관지 튜브를 정확한 위치에 거치시키고 기관지 기낭을 최대한 팽창시키는 것이 한 방법일 수 있겠지만, 이러한 기낭의 지나친 팽창은 기관지 점막에 허혈성 손상¹⁾을 일으켜 심한 경우 기관지 파열을 유발²⁻⁷⁾할 수도 있다. 그러므로 효과적인 분리가 되는 최소한의 기관지 기낭 팽창량을 예측할 수 있다면 유용할 것이다. 이에 본 연구에서는 좌측 이중관 기관지 튜브(Broncho-cath Left, Mallinckrodt Medical, Ireland)를 사용하여 공기의 완전 밀폐가 가능한 최소한의 기관지 기낭 팽창량을 조사하고 좌측 주기관지의 직경도 측정하여 두 측정치간에 유의한 상관관계가 있는지를 알아보려고 한다. 아울러 기낭 팽창량에 따른 기낭내 압력의 변

화도 함께 살펴보고자 한다.

대상 및 방법

1996년 6월부터 1997년 3월까지 본원에 입원하여 흉부외과 수술을 받기 위해 이중관 기관지 튜브 삽관을 통한 일측 폐마취가 필요한 환자들을 대상으로 하였다. 남자 환자에게는 37 Fr, 여자 환자에게는 35 Fr 좌측 이중관 기관지 튜브를 사용하였으며, 환자의 신장이 일정 범주(여자: 145~170 cm, 남자: 155~180 cm)를 벗어나거나 기관지내 병변이 있는 경우는 대상에서 제외하였다.

이중관 기관지 튜브의 기관내 삽관이 끝나고 굴곡성 기관지경을 이용하여 정확한 위치 확인이 이루어지면 좌측 기관지 기낭의 최소 팽창량을 구하기 위하여 공기 방울 법(air bubble method)⁸⁾을 사용하였는데 이는 다음과 같은 방법이다(Fig. 1). 우측 폐로 통하는 관의 흡입구의 근위부에서 관을 절찰하고 이중관 기관지 튜브용 흡입관을 흡입구로 삽입하여 우측 폐를 흡입함으로써 우측 폐의 잔기량을 줄이고 분비물도 제거하였다. 이후 12 Fr 흡입관의 원위부를 우측 폐로 통하는 관의 흡입구에 넣고

Fig. 1. Air bubble method of bronchial cuff inflation. When the left lung is ventilated to an airway pressure of +30 cmH₂O and the left endobronchial cuff is not sealed adequately, air will escape around the left and out the open right suction port and, thus, air bubbles will be observed passing through the beaker of water(A). When the left cuff is sealed adequately, no bubbles will be observed passing through the beaker of water(B).

근위부는 물에 1 cm 깊이로 담구었다. 좌측 폐를 30 cmH₂O로 일측 폐환기 시키면서 기관지 기낭을 완전히 허탈시킨 후 공기를 0.5 ml씩 2.5 ml까지 넣으면서 공기방울이 관찰되지 않는 최소한의 기낭 팽창량을 구하였고, 이 때의 기낭내 압력도 측정하였다. 상기 측정을 양와위에서 시행하고 측와위로 바꾸고 난 후 다시 측정하여 보았지만 체위에 따른 차이는 발견할 수 없어 이후 측정은 수술 체위로 바꾼 후 측정하였다.

환자의 좌측 주기관지 직경은 흉부 후-전 X선 사진상에서 측정하였다. 흉부 후-전 X선 사진상에서 흉곽내 구조물은 확대되어 보일 수 있으므로 실제 크기를 계산하기 위하여 다음과 같은 공식을 사용하였다. 실제 크기 = 필름상의 크기 × (h/H). H는 방사선주사선관에서 필름까지의 거리로 본 병원에서는 180 cm로 고정되어 있었고, h는 방사선주사선관에서 기관 분기부까지의 길이로서 환자의 흉부 측면 X선 사진에서 기관 분기부와 전흉벽까지의 거리를 측정하여 이를 H에서 뺀 값이다. 또 본 병원의 흉부 후-전 X선 사진은 67% 비율로 축소되어 있어 이도 교정하였다.

모든 생리학적 자료는 평균±표준편차로 표기하고 기관지 기낭 최소 팽창량과 좌측 주기관지 직경과의 상관관계는 Sigma Stat 프로그램을 이용하여 Spearman Rank Order Correlation에서 상관계수를 구하고 이후 선형회귀분석을 하여 둘 사이의 관계식과 r값을 구하였다.

결 과

남자 환자 100명, 여자 환자 40명에게서 좌측 주기관지의 최소 기낭 팽창량과 직경을 측정하였다. 남, 녀 각 군별 수술의 종류를 Table 1에 제시하였다. 남, 녀 각 군에서 최소 기낭 팽창량에 따라 다시 7군(0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, >2.5 ml)으로 나누었다. 각 군 별 신장, 체중, 연령의 분포는 뚜렷한 차이점이 없었다(Table 2).

Table 3, 4는 남, 녀 각 군별 최소 기낭 팽창량의 분포와 평균 좌측 주기관지 직경, 최소 기낭 내압(최소 팽창량시의 기낭내 압력)을 나타낸 것이다. 최소 기낭 팽창량의 분포에 있어 남자 군에서는 100명 중 29명에서 2.5 ml의 팽창량에서도 공기가 쏘고 여자 군에서는 40명 중 18명에서 기낭을 전혀 팽창

Table 1. Kinds of Operations Used in This Study

Operations	Male	Female
Lobectomy	35	18
Pneumonectomy	4	1
Bullectomy	22	2
Sympathectomy	7	4
Esophageal Surgery	16	3
Etc.	16	12
Total	100	40

Table 2. Demographic Variables in Each Groups

Group	Male(n=100)			Female(n=40)		
	Height(cm)	Weight(kg)	Age(years)	Height(cm)	Weight(kg)	Age(years)
MCV 0 ml	173.3±6.1	60.9±10.2	39.4±234.6	156.7±6.6	56.7±8.2	47.1±16.9
MCV 0.5 ml	164.5±2.4	59.3±4.1	56.3±5.0	159.0±9.6	62.4±13.9	51.6±18.4
MCV 1 ml	167.1±6.9	66.3±13.8	47.1±15.3	157.7±4.7	53.3±14.2	40.8±19.4
MCV 1.5 ml	167.5±6.4	60.1±9.7	53.9±17.3	153.8±5.0	55.5±10.5	46.2±16.2
MCV 2 ml	170.3±7.0	63.8±8.1	48.9±20.0	155.0±0.0	45.0±0.0	64.0±0.0
MCV 2.5 ml	169.8±7.4	66.6±12.8	51.4±16.6			
MCV >2.5 ml	168.1±6.4	59.5±9.1	50.1±20.7	158.6±11.1	48.6±6.3	41.8±19.5
Average	169.0±6.7	62.1±10.1	49.6±19.0	157.1±7.0	55.4±10.3	46.4±17.1

Values are mean±SD. MCV; Minimal Cuff Volume.

Table 3. LMBD and MCP in Each Groups(Male)

Group	Number(n=100)	LMBD(mm)	MCP(cmH ₂ O)
MCV 0 ml	10	12.15±0.68	0±0
MCV 0.5 ml	4	12.44±2.00	0.8±1.0
MCV 1.0 ml	8	12.97±1.54	10.3±1.7
MCV 1.5 ml	16	12.60±1.55	23.2±11.4
MCV 2.0 ml	19	13.89±1.09	28.6±11.4
MCV 2.5 ml	14	14.22±1.63	40.6±22.0
MCV>2.5 ml	29	13.22±1.22	57.4±25.3
Average		13.23±1.45	32.3±26.2

Values are mean±SD. MCV: Minimal Cuff Volume. MCP: Minimal Cuff Pressure. LMBD: Left Main Bronchus Diameter.

Table 4. LMBD and MCP in each groups(Female)

Group	Number(n=40)	LMBD(mm)	MCP(cmH ₂ O)
MCV 0 ml	18	10.67±0.85	0±0
MCV 0.5 ml±2.00	5	10.85±1.05	7.4±8.6
MCV 1.0 ml±1.54	6	11.36±0.99	21.2±12.3
MCV 1.5 ml	5	11.55±0.95	44.8±15.3
MCV 2.0 ml	1	12.01±0.00	64.0±0.0
MCV 2.5 ml	0		
MCV>2.5 ml	5	11.84±0.80	64.6±20.7
Average±1.45		11.09±0.96	19.4±26.1

Values are mean±SD. MCV: Minimal Cuff Volume. MCP: Minimal Cuff Pressure. LMBD: Left Main Bronchus Diameter.

Table 5. Number of Patients According to LMBD

LMBD	Male	Female
8-9 mm	0	3
9-10 mm	4	8
10-11 mm	7	16
11-12 mm	18	9
12-13 mm	28	4
13-14 mm	25	0
14-15 mm	13	0
15-16 mm	5	0
16-17 mm	0	0
17-18 mm	1	0
Total	100	40

하지 않아도 공기가 새지 않았다. 그리고 각 군별 최소 기낭 팽창량이 증가함에 따라 평균 좌측 주기관지 직경과 최소 기낭 내압도 증가하였다.

좌측 주기관지 직경의 분포는 Table 5에 나타내었다. 남자 군에서는 12 mm에서 14 mm 사이에 100명 중 53명이 분포하고 있으며 그 평균은 13.23±1.45 mm이었다. 여자 군에서는 10 mm에서 12 mm 사이에 40명 중 25명이 분포하였고 그 평균은 11.09±0.96 mm이었다.

최소 기낭 팽창량과 좌측 주기관지 직경과의 상관관계를 알아보기 위해 Spearman Rank Order Correlation을 시행한 결과 상관계수가 남자 군에서는 0.264 (P값=0.008), 여자 군에서는 0.484(P값=0.002)로 유의한 상관관계를 보였다. 남녀 측정치의 선형회귀

Fig. 2. Linear regression of LMBD to MCV in male. The formula of this graph is $Y=12.394+0.429X$ ($p<0.05$). The r value is 0.286

Fig. 3. Linear regression of LMBD to MCV in female. The formula of this graph is $Y=10.725+0.438X$ ($p<0.05$). The r value is 0.461.

분석을 시행한 결과가 각각 Fig. 2와 3에 나타나 있다. 남, 여 각 군에서 통계학적으로 유의한 그래프가 도출되었고 r 값은 남자 군에서 0.286, 여자 군에서 0.461이었다.

고 찰

Hannallah등⁹⁾은 기관지 기낭 최소 팽창량을 구하는 세 가지 방법에 대해 1993년 비교 기술한 바 있는데 그 세 가지 방법은 양압법, 이산화탄소 분석법¹⁰⁾, 음압법¹¹⁾이다. 양압법이란 저자들이 사용한 공기방울법과 동일한 것으로서 양압으로 좌측 폐를 일측 폐환기 시키면서 기관지 기낭을 점차적으로 부풀려다가 공기방울이 더 이상 관찰되지 않는 시점을 최소 팽창량으로 정하는 것이고, 이산화탄소 분석법은 역시 양압으로 좌측 폐를 일측폐환기 시키면서 호흡에 따른 이산화탄소 곡선이 더 이상 관찰되지 않는 시점을 최소 팽창량으로 정하는 것이다. 그리고 음압법이란 환기를 멈춘 상태에서 우측 폐로 통하는 관에 음압을 걸었을 때 좌측 폐와 연결된 호흡관이 더 이상 허탈되지 않는 시점을 최소 팽창량으로 정하는 방법이다. 양압법, 이산화탄소 분석법, 음압법에 의해 측정된 최소 팽창량은 각각 1.1, 0.9, 0.3 ml라고 보고하고 있으며 이러한 차이에 대해 그들은 측정시 폐 용량과 기도 직경이 서로 다르기 때문으로 설명하고 있다. 즉, 양압법을 사용

할 때에는 폐와 기관지가 최대한 팽창되어 있는 상태이고 이산화탄소 분석법을 사용할 때에는 중등도로 팽창되어 있으며 음압법을 사용할 때에는 폐와 기관지가 일부 허탈되어 있기 때문이라고 설명하고 있다. 본 연구에서는 양압법을 사용하였는데 이는 환자들이 흉부 후-전 X선 사진 촬영시 숨을 최대한 들이마시고 촬영하므로 흉부 후-전 X선 사진상에서 좌측 주기관지 직경을 측정한다면 공기방울법으로 최소 팽창량을 구하여야 폐와 기관지의 팽창정도가 비슷해지기 때문이다.

본 연구에서 기관지 기낭 최소 팽창량의 분포를 살펴보면, 여자 군은 45%에서 기낭을 전혀 팽창시키지 않아도 양측 폐의 효과적인 분리가 되는 반면 남자 군은 29%에서 2.5 ml까지 기낭을 부풀려도 공기가 새는 것을 알 수 있다. 2.5 ml에서도 공기가 새는 군은 2.5 ml 까지만 공기를 주입하고 수술을 시행하였는데 수술 시야를 방해할 만큼 폐의 허탈이 곤란하지는 않았다. 이는 본 연구에서 사용한 공기방울법으로 측정한 기낭 최소 팽창량이 다른 두 방법에 비해 유의하게 많은 양이기 때문일 것으로 추정된다. 하지만 이종관 기관지 튜브를 사용하는 목적이 농이나 혈액이 넘어가는 것을 방지하려는 것이라면 이런 군에서는 더 큰 튜브를 사용하여 기낭 최소 팽창량 이상으로 기낭을 부풀려주고 세심한 주의를 더해야 할 것으로 사료된다.

우영철등¹²⁾은 좌측 주기관지 직경이 12 mm 이하

인 경우 35Fr 이중관 기관지 튜브를, 12 mm 이상인 경우 37Fr 이중관 기관지 튜브를 사용하여 평균 기낭 최소 팽창량을 구한 결과 각각 0.3 ml, 1.0 ml이며 양측 폐를 분리하는데 2 ml 이상의 기낭 팽창량이 필요하다면 기관지 기낭의 위치를 다시 확인해 보라고 권고하였다. 그러나 본 연구에서는 2 ml 이상의 기낭 팽창량을 필요로 하는 경우가 62%(100명 중 62명)에 달하였고 기관지 내시경을 이용한 재확인 과정에서 기관지 기낭의 위치 이상은 관찰할 수 없었다. 또 Slinger 및 Chripko¹³⁾는 성별과 신장에 따라 이중관 기관지 튜브의 크기를 선택한 후(여자 <160 cm; 35Fr, 여자 >160 cm; 37Fr, 남자 <170 cm; 39Fr, 남자 >170 cm; 41Fr) 기관지 기낭 최소 팽창량을 구한 결과 Mallinckrodt사의 제품은 1.7 ml라고 보고하였다. 물론 본 연구에서는 체격이 아주 왜소하거나 혹은 기관지내 병변이 있어 이중관 기관지 튜브의 삽관에 따른 합병증이 우려되는 경우가 아니면 무조건 남자 환자에게는 37Fr를, 여자 환자에게는 35Fr를 사용하였으므로 좌측 주기판지 직경이나 신장, 성을 기준으로 이중관 기관지 튜브를 적절히 선택하여 사용한 위의 두 연구와 바로 비교하는 데는 무리가 있을 것이다. 하지만 Slinger 및 Chripko¹³⁾의 연구는 이중관 기관지 튜브를 선택하는 기준이 상당히 차이 나고 인종적인 차이도 있으므로 논외로 하더라도, 우영철등¹²⁾의 연구에서 좌측 주기판지 직경이 12 mm 이상인 경우 37Fr를 사용한 군은 본 연구의 남자 군과 상당히 비슷한데 결과는 상기한 바와 같이 상당한 차이를 보여주고 있다.

좌측 주기판지 직경의 분포를 살펴보면 여자 군은 10 mm에서 12 mm 사이에 62.5%가 분포하며 그 평균은 11.09 ± 0.96 mm이고 남자 군은 12 mm에서 14 mm 사이에 53%가 분포하며 그 평균은 13.23 ± 1.45 mm이다. 여자 군에서 사용한 35Fr 이중관 기관지 튜브의 외경이 9.5 mm¹⁴⁾이므로 기관지 직경과 이중관 기관지 튜브 외경과의 차이가 평균 1.59 mm이고 남자 군에서 사용한 37Fr 이중관 기관지 튜브는 외경이 10 mm이므로 그 차이가 평균 3.23 mm이다. 기관지 기낭을 팽창시키면 팽창량에 따라 외경이 1~2 mm 증가하므로 여자 군에서는 기관지 직경과 이중관 기관지 튜브 외경과의 차이를 기낭이 팽창하여 막을 수 있지만 남자 군에서는 이 차이가 기낭 팽창으로는 막기가 곤란함을 알 수 있다. 우영

철등¹²⁾은 상기 연구에서 남자의 평균 좌측 주기판지 직경은 12.1 ± 1.6 mm, 여자의 평균 좌측 주기판지 직경은 10.3 ± 0.9 mm라고 보고하고 있어 본 연구의 결과와 1 mm 가량의 차이를 보여준다. 또 Hannallah 등¹⁵⁾은 좌측 주기판지 직경을 흉부 후-전 X선 사진 상에서 측정하여 남자는 12.4 ± 1.5 mm, 여자는 10.7 ± 1.0 mm라고 보고하였으며 Jesseph 및 Merendino¹⁶⁾는 좌측 주기판지 직경을 사체에서 측정하여 남자는 평균 15 mm, 여자는 평균 12 mm라고 보고한 바 있다.

Table 2에서 최소 팽창량별로 나뉜 7군에서 군 간의 신장, 체중, 연령의 차이가 뚜렷하지 않음을 관찰할 수 있다. 우영철등¹²⁾은 좌측 주기판지 직경이 12 mm 이하인 경우 35Fr를 사용한 군에서 체중과 신장이 다른 군에 비해 유의하게 작았다고 보고하고 있으나 이는 이 군에서 다른 군에 비해 여자 환자의 비율이 높았던 것이 원인으로 여겨진다. Jesseph 및 Merendino¹⁶⁾는 기관 및 기관지의 직경 혹은 길이가 꽤 외적인 요소 즉, 신장, 체중, 연령, 인종 등과 전혀 연관을 나타내지 않는다고 보고하고 있다. 본 연구에서도 남, 여간 성별에 따른 신장과 체중의 차이는 관찰되어도 기낭 최소 팽창량에 따른 신장 및 체중, 연령의 차이는 관찰되지 않고 있다.

한편 Table 3, 4에서 최소 기낭 팽창량이 동일할 때 여자의 경우 좌측 주기판지 직경이 남자보다 현저히 작은 것을 관찰할 수 있다. 사용한 튜브의 크기가 두 군에서 다른 것을 감안하여 주기판 지직경과 튜브 외경과의 차를 사용해서 비교하여도 설명하기 곤란한 부분이 있다.

본 연구에서 사용한 Mallinckrodt사 이중관 기관지 튜브의 기관지 기낭의 잔기량(residual volume)은 35, 37 Fr 둘 다 1.5 ml 가량이었으며, 잔기량을 다 뺀 후 기낭에 공기를 0.5 ml 씩 2 ml까지 부풀리면서 기낭내 압력을 측정해 보니 모두 0~1 cmH₂O이었다. 이와 같이 기낭 자체 탄성은 거의 없으므로 기관내삽관 후 측정된 기낭내 압력은 기관 조직의 탄성에 의해 발생되었다고 추정할 수 있다. 기낭을 팽창시키기에 있어 손으로 만져 느껴지는 감각에 의존하는 경우가 많은데 Willis등¹⁷⁾은 경험이 많은 마취과 의사들을 대상으로하여 감각에 의존하여 기낭을 팽창시키게 한 다음 기낭내 압력을 측정하고 다시 공기가 새지 않는 최소한의 양을 구하여 이 양만큼

부풀린 후 기낭내 압력을 측정하였는데 감각에 의한 팽창시 기낭내 압력은 남자 119 cmH₂O, 여자 135 cmH₂O였고 최소 기낭내 압력은 남자 52 cmH₂O, 여자 12 cmH₂O이어서 느낌과 실제 압력사이의 차이가 클 수 있음을 주지시켰다. 그래서 Morris 및 Latta¹⁸⁾는 기낭내 압력을 미리 설정된 일정한 값으로 유지시켜주는 Cardiff cuff controller라는 기구가 유용하다고도 보고하였다.

기관 점막의 압력 손상에 가장 큰 영향을 미치는 인자는 기관 점막벽의 압력(lateral wall pressure)일 것이다. Knowlson 등¹⁹⁾은 동일한 기낭내 압력 하에서 기관 점막벽의 압력은 기관내에 동일하게 분포하지 않고 연골부와 비연골부, 전방부와 후방부가 다르며 두부의 위치, 각성 정도(마취깊이, 근이완 정도)에 따라 다르다고 보고하였다. 기관 점막벽의 압력과 기낭내 압력의 상관관계는 상황에 따라 다양하며 Lomholt²⁰⁾는 1:5에서 1:15로 보고하고 있고, 기낭내 압력과 점막벽의 압력이 동일하려면 기낭이 얇은 비탄성 재질의 막으로 제조되어야 하고 기낭 용적이 아주 커서 완전히 부풀려지는 일이 없어야 하며 기낭이 주름이 잡힌 상태로 기관벽에 접촉되어 있어야 한다고 제안했다. Smith 및 Hopkinson²¹⁾은 red rubber 튜브는 기낭이 편심성(eccentric)으로 팽창하고 기낭내 압력이 높은 반면 PVC 튜브는 기낭이 균일하게(concentric) 팽창하고 기낭내 압력도 낮다고 보고하였고, Carroll 등²²⁾은 기낭이 편심성으로 팽창하면 튜브의 끝이 점막의 한쪽 벽에 닿아 손상을 일으킬 위험이 높다고 하였다. 예전의 red rubber 이종관 기관지 튜브에 비해 현재 많이 사용되고 있는 PVC 이종관 기관지 튜브는 재질이 보다 유연하고 원위부 곡선이 더 완만하며 외경대 내경비가 크고 저압력-고용량 기낭을 지니고 있어 이종관 기관지 튜브 사용에 따른 합병증 발생률이 전자의 28%에 비해 4%라고 Burton 등²³⁾은 보고하고 있다. Brodsky 등²⁴⁾은 Mallinckrodt 사의 이종관 기관지 튜브 41Fr를 직경 12 mm의 관에 넣어 최소 팽창량과 압력을 구한 결과 각각 1 ml, 13 cmH₂O 미만이라고 보고하였다. 이들은 적당한 크기의 튜브를 사용하고 위치가 적절하면 Mallinckrodt 사의 이종관 기관지 튜브는 2 ml 이상의 최소 팽창량을 필요로 하는 경우가 없다고 주장하였다. 하지만 비록 저압력-고용량성 기낭으로 제작되었어도 튜브의 크기가 적절하지 못하여

기낭을 많이 부풀리게 되면 기낭내 압력이 위험할 정도로 상승할 수 있다고 경고하였다.

Seegobin 및 Hasselt¹¹⁾는 사람의 모세혈관 관류압은 30~42 cmH₂O이며 기낭내 압력이 30 cmH₂O 이상이면 점막 혈류 감소가 나타나고 50 cmH₂O 이상이면 연골부 점막의 혈류는 완전히 차단되므로 기낭내 압력이 30 cmH₂O 이상이 안 되도록 조심해야 한다고 권고하였다. 반면 이원기 등²⁵⁾은 1군은 기낭내 압력을 33 cmH₂O로, 2군은 기낭내 압력을 46 cmH₂O로 일정시간 유지시킨 후 기관지 점막 손상 정도를 측정하여 손상 정도가 기낭내 압력과는 무관하다고 보고하였으며, 하지만 기낭내 압력이 46 cmH₂O보다 더 높아진다면 손상 정도가 심해질 가능성이 있다고 발표하였다. Table 5에 각 군별 최소 기낭 내압이 기술되어 있는데 최소 팽창량이 증가함에 따라 최소 기낭 내압이 증가하고 있고 남자 군에서는 MCV 2.5 ml 군부터, 여자 군에서는 MCV 1.5 ml 군부터 최소 기낭 내압이 30 cmH₂O 이상이 됨을 알 수 있다. 남자 군은 이 비율이 전체의 43%이었으며 여자 군은 이 비율이 전체의 28%이었다. 그리고 남자 군에서는 MCV > 2.5 ml 군부터, 여자 군에서는 MCV 2 ml 군부터 최소 기낭 내압이 50 cmH₂O 이상이 되고 있으며 이 비율은 남자 군은 29%, 여자 군은 15%이었다. 이는 Brodsky 등²⁴⁾의 연구 결과를 고려해볼 때 튜브의 크기가 적절하지 못한 탓으로 사료되며, 이로 인해 저압력성 기낭이 고압력성 기낭처럼 작용하게 되어 기관지 점막 압력 손상의 가능성을 높일 것으로 여겨진다.

최소 기낭 팽창량과 좌측 주기관지 직경의 상관관계를 알아보기 위하여 Spearman Rank Order Correlation을 시행한 결과 남 여 모두에서 유의한 상관관계가 있음이 드러났고 두 측정치간의 선형회귀분석에서도 통계적으로 의미있는 관계식이 도출되었다. Mackenzie 등²⁶⁾에 따르면 팽창된 기낭의 단면은 원형이지만 성인의 기관 단면은 원형이 아니므로 기관을 기낭으로 막기 위해서는 기낭의 모양이 변형되어 기관을 막거나 혹은 기낭이 기관을 변형시켜야만 하며, 따라서 기관의 모양도 기관 손상의 원인이 될 수 있다고 한다. 또 Greene 및 Lechner²⁷⁾는 만성 폐쇄성 폐질환에서 기관의 좌-우 직경(coronal diameter)에 비해 전-후 직경(sagittal diameter)이 아주 큰 칼집 모양의 기관변형(saber-sheath

trachea)이 자주 생길 수 있으며 둘 사이에 유의한 상관관계가 있다고 기술하였다. 저자들은 흉부 단층 촬영 사진상에서 기관의 중간부를 선택하여 좌-우 직경과 전-후 직경을 측정하여 이 값의 비(coronal/sagittal ratio; c/s ratio)를 구해보았다. C/S ratio가 0.9에서 1.1사이인 경우를 기관의 모양이 원형이라고 정의하고 대상 환자의 비율을 구해보았더니 43%이었다. Mackenzie등²⁶⁾은 위 연구에서 전-후 직경과 좌-우 직경이 비슷한 경우를 C형, 삼각형, 원형의 세 형태로 나누어 기술하였고 그 비율을 48%라고 보고하였다. 기관 단면의 모양에 관한 위의 연구 결과들을 기관지 단면의 모양에도 적용할 수 있다면, 본 연구에서 흉부 후-전 X선 사진상에서 기관지의 좌-우 직경만 측정하여 기낭 팽창량을 예견하려 했던 것이 다소 무리였다고 할 수 있으며 직경보다는 기관지의 단면적이 기낭 팽창량과 더욱 밀접한 연관관을 지닐 것으로 여겨진다. 즉 최소 팽창량을 2 ml 이상 필요로 하면서 최소 기낭 내압 증가도 심하였던 군은 기관지의 변형으로 인해 기관지 기낭이 일부는 점막벽에 닿아 눌리는 반면 다른 점막벽에는 접촉도 되지않아 기낭 내압은 높으면서 공기는 계속 새는 양상을 보여준 것이 아닐까 추정해 볼 수 있다. 기관지 직경과 기낭 팽창량에 대한 선형회귀분석상 r값이 남자 0.286, 여자 0.461로 낮게 나오는 것도 상기 요인으로 인한 영향이 있을 것으로 사료된다.

즉, 본 연구에서는 “기관지 단면 형태의 다양성을 고려해볼 때 기관지의 좌-우 직경만 측정하여 최소 팽창량을 예견하려 했던 것이 무리는 아니었을까?” 하는 의문이 남는다. 그러나 이러한 요소를 포함하고 시행된 연구이지만 결론적으로 남, 여 각 군 모두 최소 기낭 팽창량과 좌측 주기관지 직경 사이에 유의한 상관관계를 보여주었다.

참 고 문 헌

- Seegobin RD, Van Hasselt GL: Endotracheal cuff pressure and tracheal mucosal blood flow: endoscopic study of effects of four large volume cuffs. *BMJ* 1984; 288: 965-8.
- Burton NA, Fall SM, Lyons T, Graeber GM: Rupture of the left main-stem bronchus with a polyvinylchloride double lumen tube. *Chest* 1983; 83: 928-9.
- Hannallah M, Gomes M: Bronchial rupture associated with the use of a double lumen tube in a small adult. *Anesthesiology* 1989; 71: 457-9.
- Heiser M, Steinberg JJ, MacVaugh H, Klineberg PL: Bronchial rupture, A complication of use of the Robertshaw double-lumen tube. *Anesthesiology* 1979; 51: 88.
- Peden CJ, Galizia EJ, Smith RB: Bronchial trauma secondary to intubation with a PVC double-lumen tube. *J Roy Soc Med* 1992; 85: 705-6.
- Foster JMG, Lau OJ, Alimo EB: Ruptured bronchus following endobronchial intubation. *Br J Anaesth* 1983; 55: 687-8.
- Guernelli N, Bragaglia RB, Briccoli A, Mastroilli M, Vecchi R: Tracheobronchial ruptures due to cuffed Carlens tubes. *Ann Thorac Surg* 1979; 28: 66-8.
- Benumof JL: *Anesthesia for thoracic surgery*. Philadelphia, WB Saunders. 1987, pp 223-59.
- Hannallah MS, Benumof JL, McCarthy PO, Liang M: Comparison of three techniques to inflate the bronchial cuff of left polyvinylchloride double-lumen tubes. *Anesth Analg* 1989; 69: 608-10.
- Essig K, Freeman JA: Alternative bronchial cuff inflation technique for the univent tube. *Anesthesiology* 1992; 76: 478-9.
- Hannallah MS: The univent tube: bronchial cuff inflation. *Anesthesiology* 1991; 75: 165-6.
- 우영철, 조현, 임혜자, 김난숙, 장성호: 좌측 Robertshaw 이중기관관을 사용한 환자에 있어서 기관지직경에 따른 기관지커프스내 공기주입량에 관한 연구. *대한마취과학회지* 1995; 28: 210-5.
- Slinger P, Chripko D: A clinical comparison of bronchial cuff pressure in disposable left double-lumen tubes. *Anesthesiology* 1992; 77: A1233.
- Benumof J, Partridge B, Salvatierra C, Keating J: Margin of safety in positioning modern double-lumen endotracheal tubes. *Anesthesiology* 1987; 67: 729-38.
- Hannallah MS, Benumof JL, Bachenheimer LC, Mundt DJ: The resting volume and compliance characteristics of the bronchial cuff of left polyvinylchloride double-lumen endobronchial tubes. *Anesth Analg* 1993; 77: 1222-6.
- Jespe J, Merendino K: The dimensional interrelationships of the major components of the human tracheo-bronchial tree. *Surg Gynecol Obstet* 1957; 105: 210-4.
- Willis BA, Latta IP, Dyson A: Tracheal tube cuff pressure. *Anaesthesia* 1988; 43: 312-4.
- Morris JV, Latta IP: An electropneumatic instrument for measuring and controlling the pressures in the cuffs of tracheal tubes: 'The Cardiff Cuff Controller'.

- J Med Eng Tech 1985; 9: 229-30.
19. Knowlson GTG, Bassett HF: The pressures exerted on the trachea by endotracheal inflatable cuffs. Br J Anaesth 1970; 42: 834-7.
20. Lomholt N: A New Tracheostomy Tube. Acta Anaesthesiol Scand 1967; 11: 311-8.
21. Smith BAC, Hopkinson RB: Tracheal rupture during anaesthesia. Anaesthesia 1984; 39: 894-8.
22. Carroll R, Hedden M, Safar P: Intratracheal cuffs: Performance characteristics. Anesthesiology 1969; 31: 275-81.
23. Burton NA, Watson DC, Brodsky JB, Mark JB: Advantages of a New Polyvinyl Chloride Double-Lumen Tube in Thoracic Surgery. Ann Thorac Surg 1983; 36: 78-84.
24. Brodsky JB, Adkins MO, Gaba DM: Bronchial Cuff Pressures of Double-Lumen Tubes. Anesth Analg 1989; 69: 608-10.
25. 이원기, 우영철, 장성호: 이종기관지의 기관지 커프압력에 따른 기관지 점막 손상 정도에 관한 연구. 대한마취과학회지 1996; 30: 46-51.
26. Mackenzie CF, McAslan TC, Shin B, Schellinger D, Herlich M: The Shape of the Human Adult Trachea. Anesthesiology 1978; 49: 48-50.
27. Greene R, Lechner GL: "Saber-Sheath" Trachea: A Clinical and Functional Study of Marked Coronal Narrowing of the Intrathoracic Trachea. Radiology 1975; 115: 265-8.